




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน ๖๑ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๒,๑๙๖,๐๐๐ บาท(สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- ๓.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๑๙๖,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จากผู้ค้า จำนวน ๓ ราย
 - ๔.๑ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด
 - ๔.๒ บริษัท กู๊ดวิว อินสตรูमेंท์ จำกัด
 - ๔.๓ บริษัท สิทธิผลการแพทย์ จำกัด

๕.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๑.  ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประธานกรรมการ
(นางวิจิตรา แผงชะ)

๒. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ
(นายดิลก อ่อนลา)

๓. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ
(นายมานพ เงินโถม)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการ เติงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน
จำนวน 61 เติง สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

.....

คุณสมบัติทั่วไป


เป็นเตียงรถเข็น เคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล (Transporter) ใช้ในที่ต่างๆ เช่น ห้องฉุกเฉิน, ห้องผู้ป่วยใน, ห้องไอ.ซี.ยู ห้องผ่าตัด, ห้องรอกคลอด โดยมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะสามารถปรับสูง ต่ำ ได้ด้วยมือหมุนที่ท้ายเตียงและใช้งานง่าย ปรับหลังได้ด้วยก้านปรับด้านหลัง รวมทั้งขนาดของเตียงจะกว้างขวางให้ผู้ป่วยสามารถผ่อนคลายอิริยาบถได้ไม่ปวดเมื่อยขณะนอนรอ และพร้อมทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทันที่หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถทำหัตถการได้

คุณลักษณะ

- 1.ขนาดของเตียง กว้าง ยาวไม่น้อยกว่า 68 x 190 เซนติเมตร
- 2.โครงสร้างเตียงทำด้วยเหล็กพ่นสีอย่างดี
3. พื้นเตียงทำด้วยพลาสติกอย่างดี ขนาดกว้าง ยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร x 190 เซนติเมตร
- 4.ปรับระดับสูง ต่ำได้ตั้งแต่ 58 – 87 เซนติเมตร
- 5.ปรับระดับหลังได้ 0-75 องศา
- 6.ควบคุมการทำงานโดยไ้ร่มือหมุนที่ท้ายเตียง หากต้องการปรับเตียงขึ้นให้หมุนไ้ร่หมุนไปทางขวา ในทางกลับกันหากต้องการปรับเตียงต่ำลงให้หมุนไ้ร่หมุนไปทางซ้าย
- 7.ล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระบบล้อล้อเป็นแบบเซ็นทรัลล็อก ล้อคู่หน้าหลัง เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย พร้อมล้อล็อกที่กลางเตียงป้องกันการเคลื่อนไหว ในขณะที่ล้อล้ออยู่ และสามารถรับรองน้ำหนักได้อย่างน้อย 150 กิโลกรัม ต่อ 1 ลูกล้อ โดยมีเอกสารรับรองจากวิทยาศาสตร์ บริการ-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางวิจิตรา แพงชะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายดิลก อ่อนลา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายมานพ เงินโถม)

8. พร้อมเสาน้ำเกลือ และที่เสียบเสาน้ำเกลือที่หัวเตียง อีกทั้งยังมีที่ใส่ถังออกซิเจนที่หัวเตียงเพื่อ
สะดวกแก่ผู้ป่วยในการใช้งาน

9. ราวข้างเตียงทำด้วยพลาสติก น้ำหนักเบา สามารถพับเก็บข้างเตียงได้ไม่เกะกะ

10. ส่วนปรับศีรษะมีก้านปรับขึ้นลง

11. รับน้ำหนักได้ ไม่เกิน 200 กิโลกรัม

12. รับประกันสินค้า 1 ปี


.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวิจิตรา แผงชะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายดิลก อ่อนลา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายมานพ เงินโฉม)